



**OSPEDALE  
EVANGELICO  
INTERNAZIONALE**

fondato nel 1857 da Chiese Evangeliche

**Corso Solferino 1a  
16122 – GENOVA**

Sede legale: Salita Sup.S.Rocchino 31a  
16122 - GENOVA

**GARA PER LA FORNITURA DI NR. 1 COLONNA LAPAROSCOPICA  
AD ALTA DEFINIZIONE PER IL BLOCCO OPERATORIO  
DELL'OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE DI GENOVA –  
CODICE CIG. 0484430447 – RIF. LETTARA D'INVITO PROT. 3793 DEL  
24.05.2010**

**COMUNICAZIONE 1**

Alle ditte invitate con raccomandata prot. 3793 del 24.05.2010 alla gara di cui all'oggetto:

Si comunica che verrà spedita la nota prot. 4378 del 14.06.2010 di seguito riportata relativa a variazioni apportate al contenuto del capitolato speciale della gara di cui trattasi.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato posticipato dalle ore 12,00 del 24.06.2010 alle ore 12,00 del 9.07.2010.

Distinti saluti

Genova 15.06.2010

Il Responsabile  
Servizi Eco-Provv. Tecnico e Logistica  
Poggi Elmo

Genova, 14.06.2010

Prot. : 4378

Arch. : IV V 2

Spett.le

RACCOMANDATA A.R.

**OGGETTO: GARA PER LA FORNITURA DI NR. 1 COLONNA LAPAROSCOPICA AD ALTA DEFINIZIONE PER IL BLOCCO OPERATORIO DELL'OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE DI GENOVA – CODICE CIG. 0484430447 – RIF. LETTARA D'INVITO PROT. 3793 DEL 24.05.2010**

Con la presente si comunicano le seguenti variazioni apportate al contenuto sul contenuto del capitolato speciale della gara in oggetto:

1. Nella configurazione base della colonna laparoscopica da proporre in gara devono essere esclusi i seguenti componenti:

- sistema di registrazioni e archiviazioni immagini (punto 7 - requisiti minimi),
- nr. 1 ottica da 5 mm 30° (punto 8 - requisiti minimi)
- sistema per lavaggio e aspirazione con dispositivo pompa peristaltica ( punto 9 – requisiti minimi)

I componenti di cui sopra, pertanto, non dovranno essere quotati nella formulazione dell'offerta economica di gara e, comunque, non saranno tenuti in considerazione ai fini dell'aggiudicazione ne dal punto di vista della qualità ne dal punto di vista del prezzo.

Le ditte concorrenti dovranno quotare separatene come accessorio opzionale un sistema base di registrazione delle immagini (almeno su DVD)

La proposta di detto accessorio non sarà tenuta in considerazione ai fini dell'aggiudicazione ne dal punto di vista della qualità ne dal punto di vista del prezzo.

2. pag. 5 capitolato speciale ...caratteristiche opzionali che saranno tenute in considerazione ai fini dell'aggiudicazione

.....

“3. Dispositivo di registrazioni ed immagini e filmati direttamente da unità di controllo telecamera tramite porte U.S.B – “

**Quanto sopra indicato viene ELIMINATO dal capitolato speciale di gara.**

3. Ferme restanti le variazioni di cui sopra si precisa che le rimanenti caratteristiche minime che la colonna laparoscopica deve possedere (indicate a pag 4 e seguente del capitolato speciale) devono ritenersi di massima e nessuna delle stesse deve essere considerata vincolante pena esclusione dalla gara – tutte le caratteristiche (di massima e opzionali) saranno valutate in modo comparato in fase di valutazione della qualità tenendo in debito le differenze tecnologiche nonché la mancanza o non piena corrispondenza ad una o più delle stesse.
4. L'importo a base d'appalto di Euro 40.000,00 IVA esclusa deve intendersi confermato e saranno ammesse alla gara anche offerte in rialzo
5. Qualità e funzionalità: massimo 50 punti:

i criteri e i relativi punteggi in base ai quali sarà determinato la valutazione qualitativa delle apparecchiature proposte sono modificati come di seguito indicato

Descrizione	Punteggio Complessivo	Punteggio parziale sottocriteri
<b>VOCE 2: Videoprocessore FULLHD (1080 linee) 3 CCD</b>	<b>Punti da 0 a 29</b>	
Qualità del sistema video, qualità dell'immagine Funzione di tipo NerrowBand Imagin per indicazioni vascolarizzazione di superfici e di organi		da 0 a 16 da 0 a 1
Praticità e comodità d'uso		da 0 a 9
Comandi su testa di telecamera		da 0 a 3
<b>VOCE 3 : Testa di telecamera HD autoclavabile .</b>	<b>Punti da 0 a 6</b>	
Sistema di messa a fuoco automatico		da 0 a 3
Ottiche a lenti cilindriche		da 0 a 3
<b>Voce 5: Fonte di luce allo Xenon 300W di potenza</b>	<b>Punti da 0 a 4</b>	
Sorgente luminosa 300 W xenon e lampada alogena di emergenza		da 0 a 2
Possibilità di collegamento con la centralina di telecamera per un controllo automatico della luminosità		da 0 a 2
<b>VOCE 6: INSUFFLATORE</b>	<b>Punti da 0 a 5</b>	
<b>Insufflatore di CO2 sistemi di sicurezza</b> Eventuale doppia via di insufflazione		da 0 a 4 da 0 a 1
<b>CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA CON RIFERIMENTO AI TEMPI DI INTERVENTO E/O SOSTITUZIONE IN CASO DI GUASTI</b>	<b>Punti da 0 a 2</b>	
<b>COMPATIBILITA' DELL'APPARECCHIATURA CON LE ESIGENZE TECNICHE OPERATIVE DEGLI UTILIZZATORI</b>	<b>Punti da 0 a 4</b>	
<b>PUNTEGGIO COMPLESSIVO</b>	<b>Punti da 0 a 50</b>	

Saranno escluse dalla gara le offerte che avranno conseguito un punteggio tecnico (qualità e funzionalità) inferiore complessivamente a punti 25 su 50 .

Per quanto sopra esposto si allegano alla presente i questionari tecnici modificati alla luce di quanto indicato nella presente nota (allegato A-1 bis) che debitamente compilati e corredati della documentazione tecnica richiesta dovranno essere presentati inserendoli nella busta B- Documentazione Tecnica

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato posticipato dalle ore 12,00 del 24.06.2010 alle ore 12,00 del 9.07.2010.

Fatte salve le precisazioni e variazioni di cui alla presente nota si conferma il rimanente contenuto della lettera d'invito rif. prot. 3793 del 24.05.2010 e dell'allegato capitolato speciale (Allegato A) .

Cordiali saluti.

Il Responsabile  
Servizi Eco-Provv. Tecnico e Logistica  
Poggi Elmo

**ALLEGATO “A- 1” bis**

Caratteristiche tecniche minime richiesti

**Tutti i punti di cui sotto dovranno essere adeguatamente documentati, pena esclusione dalla gara, con risposte chiare e corredate di relativa documentazione numerata mantenendo l'ordine progressivo dello schema seguente.**

**LO SCHEMA DEVE ESSERE TIMBRATO E FIRMATA SU OGNI PAGINA DAL SOTTOSCRITTORE DELL'OFFERTA**

**RAGIONE SOCIALE OFFERENTE**

---

-----  
-----  
-----

**NOME COMMERCIALE DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA**

.....  
.....

## CARATTERISTICHE MINIME

1. <b>Carrello dedicato ad uso laparoscopico</b> con interruttore generale e presa multipla (almeno 10), con almeno 4 ripiani , di cui uno estraibile per tastiera ad alta tecnologia di videoregistrazione dotato di supporto portabottiglie e portabombole. Il carrello deve anche essere dotato di bracci snodabili per monitor principale LCD FullHD e monitor di servizio	
2. <b>Videoprocessore FULLHD (circa 1080 linee) 3 CCD</b> preferibilmente a scansione progressiva dotato di zoom elettronico e uscite video analogiche e digitali	
3. <b>Testa di telecamera HD TV autoclavabile :</b>	
➤ <i>Adattatore per connessione ad ottiche standard , pulsanti per le funzioni di maggiore uso(almeno 2)</i>	
4. <b>Fonte di luce allo Xenon 300W di potenza circa :</b>	
➤ <i>Indicatori di durata della vita della lampada</i>	
➤ <i>Controllo anche automatico dell'intensità della luce</i>	
➤ <i>Attacco per cavi a fibre ottiche di tipo universale</i>	
➤ <i>Cavi luce di lunghezza maggiore di due metri</i>	
5. <b>Monitor medicale FULLHD (circa 1080 linee) LCD da 19/22 pollici :</b>	
➤ <i>Schermo antiriflesso</i>	
6. <b>Insufflatore :</b>	
➤ <i>Flusso massimo almeno 30 litri/minuto</i>	
➤ <i>Sistema di regolazione della pressione endoaddominale preselezionabile con sistema di regolazione automatica in caso di sovra pressione</i>	
➤ <i>Indicazione di CO2 residua in bombola</i>	
➤ <i>Allarmi acustici e visivi in caso di eccesso di pressione endoaddominale e di bombola scarica</i>	
➤ <i>Riscaldamento di CO2 con tubo apposito o altro sistema</i>	
7. <b>Nr.2 Ottiche da 10 mm 0° e 30° Nr. 1 da 5 mm 30°</b>	

## CARATTERISTICHE OPZIONALI

1. Funzione di tipo NarrowBand Imagin per indicazioni vascolarizzazione di superfici e di organi	
2. Eventuale doppia via di insufflazione	
3. Ottiche a lenti cilindriche	